

ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: numer sprawy 57768/2013

Treść zapytania oraz odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Pytania:

- czy port USB jest wymagany? (waga Ohaus Discovery posiada w standardzie tylko RS 232)
- czy zestaw do wyznaczenia gęstości cieczy ma zawierać również szklany ciężarek?

Odpowiedź Zamawiającego:

- port USB nie jest wymagany.
- ciężarek do zestawu wyznaczenia gęstości nie jest wymagany