

ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: numer sprawy 57973/2013

Treść zapytania oraz odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający uzna za równoważną do wymaganej chłodziarkę o poniżej opisanych parametrach?

Pojemność całkowita brutto 400 litrów

Pojemność netto 370 litrów

Wymiary [cm] 202/60/65

Głębokość użytkowa wnętrza [cm] 50 (przy otwartych drzwiach)

Szerokość użytkowa wnętrza [cm] 50 (przy otwartych drzwiach)

Wysokość użytkowa wnętrza [cm] 130 (przy otwartych drzwiach)

Zużycie energii w ciągu 24 godz. [kWh / 24h] 0,310

System chłodzenia komory chłodniczej - wymuszony (wewnętrzny wentylator);

Automatyczne odszranianie;

Zakres temperatury w komorze chłodniczej [°C] +2°C do +15°C;

Materiał obudowy - Stal, kolor biały;

Drzwi przeszklone z izolacją;

Stabilność temperatury +/- 2,0 K,

Sterowanie elektroniczne;

Oświetlenie wewnętrzne;

Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury w komorze chłodniczej;

Sygnal ostrzegawczy alarmowy optyczny i akustyczny;

Złącze RS 485;

Liczba półek w komorze chłodniczej – 6, pokrytych tworzywem sztucznym;

Maksymalne obciążenie w chłodziarce [kg] 60;

Zamek na wyposażeniu;

Drzwi samoczynnie zamykane;

Izolacja [mm] 50;

Waga netto [kg] 100;

Klasa klimatyczna SN-ST;

Czynnik chłodniczy R 404a;

Napięcie [V] 220-240 V ~.

Odpowiedź Zamawiającego:

Chłodziarkę o podanych parametrach Zamawiający uzna za równoważną.