



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA: MIESZADEŁ MAGNETYCZNYCH

Nr sprawy: **W1/1000065491**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiających w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający nie popełnił błędu w pozycji 1: "mieszadło magnetyczne - 4 sztuki", ponieważ z opisu wynika, iż Zamawiający miał na myśli mieszadło mechaniczne zamiast magnetycznego?

ODP. WINNO BYĆ: MIESZADŁO MECHANICZNE

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział postępowania na 3 odrębne części i składanie ofert częściowych:

Część 1- Mieszadła magnetyczne - 4 sztuki

Część 2 - Mieszadła magnetyczne z grzaniem - 8 szt.

Część 3 - Mieszadła magnetyczne - 19 sztuk?

ODP. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia w postępowaniu pt „Dostawa mieszadeł magnetycznych” na trzy części:

Cześć nr 1 – mieszadło mechaniczne, 4sztuki

Część nr 2 – mieszadło magnetyczne z grzaniem, 8 sztuk

Część nr 3 – mieszadło magnetyczne, 19sztuk

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie w/w części.



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

3. Czy Zamawiający dopuści mieszadła magnetyczne z grzaniem 8 szt. o parametrach:

- zakres prędkości: **0-1500 rpm**
- materiał: **aluminium pokryta warstwa ceramiczna**
- wymiary płyty: **180 x 180 mln**
- wymiary przyrządu: **206 mm długość x 307 szerokość**

ODP:

- Zamawiający dopuszcza zakres prędkości 0-1500rpm
- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiału aluminium pokrytego warstwą ceramiczną,
- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyty o wymiarach mniejszych niż 190x190
- Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową +/- 5% w zakresie wymiaru 205 x 260mm

4. Czy Zamawiający dopuści mieszadła magnetyczne 19 sztuk o parametrach:

- liczba obrotów: **0-1500 rp m..**
- moc: **10W**
- wymiary urządzenia: **206 x 307 x 99 mm**
- waga: **3,1 kg**
- materiał płyty: **aluminium pokryte warstwa ceramiczna**

ODP:

- liczba obrotów: Zamawiający dopuszcza zakres obrotów od 0-1500
- Zamawiający wymaga aby moc urządzenia nie była mniejsza niż 40W
- Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową +/- 5% w zakresie wymiaru 157x157x80mm
- Zamawiający dopuszcza wagę nie większa niż 1,8kg
- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiału aluminium pokrytego warstwą ceramiczną,

W zapytaniu Wykonawca proponuje urządzenie zaproponowane cięższe i większe, a jednocześnie o mniejszej mocy i z gorszego materiału.



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

W związku z podziałem przedmiotu zamówienia na trzy części, a tym samym dopuszczenie składania ofert częściowych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną (e-mail) na adres:

jowita.zielosko@us.edu.pl

lub pisemną na adres:

***Uniwersytet Śląski,
40-007 Katowice
Dział Logistyki, ul. Bankowa 12,
Jowita Zielosko***

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 24 listopad 2014 roku, godz. 9:00

Z poważaniem,

mgr Jowita Zielosko

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.