



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Bankowa 12**  
**40-007 Katowice**

Katowice, 18 sierpnia 2011r.

**Uczestnicy postępowania**  
**nr RU/DW/85/11**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 193 000 € na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej (numer postępowania: RU/DW/85/11).

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części B, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści oferowanie urządzenia do badania otoemisji posiadającego zakres częstotliwości 500-10000 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie ww. urządzenia.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia do badania otoemisji zapewniające poziom głośności 30-80 dB SPL (65 dB SPL dla cz. Pow. 6 kHz) oraz krok 1 dB?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zatem nie dopuści zaoferowania urządzenia o ww. parametrach.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania otoemisji umożliwiającego prezentację wykresu DP-Gram, DP-I/O bez możliwości prezentacji „wykresu 3D” i wykresu ubytku słuchu?



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania urządzenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zatem nie dopuści zaferowania urządzenia o ww. parametrach.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania otoemisji posiadającego nowoczesną uniwersalną sondę z wymienną końcówką, ez wentylacji i półautomatycznego czyszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie urządzenia o ww. parametrach.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania otoemisji posiadającego nowoczesną uniwersalną sondę z diodą sygnalizującą jej poprawne uszczelnianie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie urządzenia o ww. parametrach.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania otoemisji posiadającego możliwość współpracy z innym sprzętem diagnostycznym korzystającym z tej samej bazy danych pacjentów (VNG, tym panometr, audiometr, ABR, TEOAE)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie urządzenia o ww. parametrach.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.**

*lic. Julia Kaczmarek*  
Przewodniczący Komisji Przetargowej