



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Bankowa 12**  
**40-007 Katowice**

Katowice, 18 sierpnia 2011r.

**Uczestnicy postępowania**  
**nr RU/DW/74/11**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 193 000 € na dostawę mikroskopów konfokalnych – 2 szt. (numer postępowania: RU/DW/74/11).

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części B, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu z możliwością obserwacji próbek o wysokości 100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu z możliwością obserwacji próbek o wysokości 100mm.

Wobec powyższego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pkt 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Wysokość badanej próbki: nie mniejsza niż 100 mm.

### **Pytanie 2:**

Czy z uwagi na rodzaj zaawansowania systemu, wymaganej precyzji i powtarzalności otrzymywanych wyników, Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej dwóch fotopowielaczy z systemem pin-hole zapewniających rozszerzoną dynamikę i czułość systemu pomiarowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej dwóch fotopowielaczy z systemem pin-hole zapewniających rozszerzoną dynamikę i czułość systemu pomiarowego.

Wobec powyższego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pkt 26 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) otrzymuje brzmienie:



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Rozszerzona dynamika i czułość, dwa fotopowielacze z systemem pin-hole.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z magazynu centralnego znajdującego się poza Polską?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z magazynu centralnego znajdującego się poza Polską.

Wobec powyższego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

§5 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. W przypadku gdy brak podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi lub gwarancji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia o wadzie jeżeli naprawa gwarancyjna odbywać się będzie w kraju; 30 dni od daty zgłoszenia wady naprawa gwarancyjna odbywać się będzie w kraju ale nastąpi konieczność sprowadzenia części z poza granic RP oraz 30 dni od daty zgłoszenia wady jeżeli naprawa gwarancyjna odbywać się będzie za granicą RP. Konieczność usuwania wady poza granicami kraju winna być stwierdzona na piśmie przez Wykonawcę, a fakt dokonania naprawy potwierdzony przez producenta mikroskopu lub zagraniczny serwis dokonujący naprawy. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół.

Wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 2B do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór umowy) z uwzględnionymi zmianami.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.**

**lic. Julia Kaczmarek**

.....  
Przewodniczący Komisji Przetargowej