



**UNIwersytet ŚLĄSKI**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Bankowa 12**  
**40-007 Katowice**

Katowice, 20 września 2011r.

**Uczestnicy postępowania**  
**nr RU/DW/92/11**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 193 000 € na dostawę materiałów laboratoryjnych (numer postępowania: RU/DW/92/11).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części E oraz K, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

Pakiet E, Pozycja 5: Szalki Petriego

Wielkość opakowania produktu Genoplast o numerze katalogowym GP504 wskazanym przez Zamawiającego jest opisana w katalogu producenta jako 240 szt. podczas, gdy w opisie przetargu jako 250 szt. Czy nastąpiła oczywista omyłka pisarska?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wymaga zaoferowania szalek Petriego w opakowaniach po 250 szt.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy  
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

„Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”  
Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Pytanie 2:

Pakiet K, Pozycja 2: Płytki twin tec PCR Plate 96

Z jakimi modelami termocyklerów powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający posiada następujące termocyklery, z którymi winny być kompatybilne oferowane płytki:

- 1) GeneAmp PCR System 9700 - Applied Biosystems
- 2) 2720 Thermal Cycler - Applied Biosystems

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.**

*lic. Julia Kaczmarek*  
Przewodnicząca Komisji Przetargowej