



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Katowice, 29 listopada 2011r.

Uczestnicy postępowania
nr RU/DW/158/11

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 193 000 € na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej (numer postępowania: RU/DW/158/11).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści oferowanie urządzenia do badania otoemisji posiadającego zakres częstotliwości 500-10000 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie ww. urządzenia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia do badania otoemisji zapewniające poziom głośności 30-80 dB SPL (65 dB SPL dla cz. Pow. 6 kHz) oraz krok 1 dB?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zatem nie dopuści zaoferowania urządzenia o ww. parametrach.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania otoemisji umożliwiającego prezentację wykresu DP-Gram, DP-I/O bez możliwości prezentacji „wykresu 3D” i wykresu ubytku słuchu?



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zatem nie dopuści zaoferowania urządzenia o ww. parametrach.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania otoemisji posiadającego nowoczesną uniwersalną sondę z wymienną końcówką, bez wentylacji i półautomatycznego czyszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o ww. parametrach.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania otoemisji posiadającego nowoczesną uniwersalną sondę z diodą sygnalizującą jej poprawne uszczelnianie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o ww. parametrach.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia do badania otoemisji posiadającego możliwość współpracy z innym sprzętem diagnostycznym korzystającym z tej samej bazy danych pacjentów (VNG, tym panometr, audiometr, ABR, TEOAE)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o ww. parametrach.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

lic. Julia Kaczmarek
Przewodniczący Komisji Przetargowej