



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA MYJEK ULTRADŹWIĘKOWYCH 4,2 LITRA (3 szt.)

Nr sprawy: **WDB/1000065415**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza częstotliwość ultradźwięków 38 kHz i moc grzewczą 400 W ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zegar cyfrowy z wyświetlaczem jak w załączniku i na zdjęciu poniżej (wskaźniki LED sygnalizujące czas pozostały do końca cyklu mycia) ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający nie zgadza się na urządzenia o dużo niższej częstotliwości jak 38 khz, gdyż charakterystyka pracy myjki przy częstotliwości oczekiwanej w zamówieniu tj. 45 khz jest bardziej odpowiednia dla przyszłych zastosowań myjki.
2. Zamawiający nie zgadza się na LED-owy zegar, gdyż zamawiany zegar cyfrowy jest bez wątplenia dokładniejszy, co ma znaczenie dla Zamawiającego.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.