

---

## **Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia**

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

### **DOSTAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ Z CHŁODZENIEM WRAZ Z AKCESORIAMI**

Nr sprawy: **WDB/1000063784**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanym pytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie Wykonawcy:**

Proszę o wyjaśnienie, czy w punkcie 4c nie wkradł się błąd pisarski w zakresie temperatur; czy nie powinno być: co najmniej -15 do +35°C?

#### **Odpowiedz Zamawiającego:**

Zamawiający informuję, iż w/w zapis nabiera brzmienia: „Temperatury - efektywne schładzanie z wyborem w zakresie co najmniej od -15 do +35°C z dokładnością, co 1°C, oraz do wyboru przez użytkownika funkcja schładzania wstępnego komory wirowniczej zarówno dla pozycji spoczynkowej rotora jak również przy minimalnych obrotach rotora przed rozpoczęciem zasadniczego odwirowania”.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**