
Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA: TERMOCYKLER GRADIENTOWY (1 szt.)

Nr sprawy: **WDB/1000064743**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanym pytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy termocyklera w znacznej mierze przewyższającego wymagania zapisane w SIWZ (lepsza rozpiętość gradientu, lepszy zakres temperaturowy, większa ilość programów do zapisania w pamięci, znacznie dłuższa gwarancja) ale którego jednorodność bloku w temp. 55°C wynosi $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymagał, aby jednorodność temperatury w bloku w zakresie temp. 55°C była nie gorsza niż $\pm 0,20^{\circ}\text{C}$, tzn. im mniejsze odchylenie temperatury, tym urządzenie posiada większą dokładność, a tym samym posiada lepszy parametr techniczny. W związku z powyższym zamawiający nie dopuszcza urządzeń o gorszym parametrze technicznym tj.: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$, którego późniejsze użytkowanie uniemożliwiłoby porównanie wyników prowadzonych prac badawczych.”

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.