
Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ O POJEMNOŚCI 570 LITRÓW

Nr sprawy: **WDB/1000064854**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanym pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dostarczenia zamrażarki z drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w zatrzaskami, celem poprawy izolacji wewnątrz komory?

Zamawiający nie wymaga dostarczenia zamrażarki z drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w zatrzaski.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 526 litrów?

Nie. Zamawiający wymaga urządzenia o pojemności minimum 570 litrów.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podziałem komory na 4 sekcje zamykane dwiema parami izolowanych drzwi wewnętrznych? Jest to korzystniejsze rozwiązanie ze względu na ograniczenie szronienia drzwi wewnętrznych poprzez zminimalizowanie powierzchni styku zimnego powietrza z wewnątrz zamrażarki i ciepłego z otoczenie w momencie otwarcia zewnętrznych drzwi urządzenia. Zastosowanie 2 szt. drzwi wewnętrznych w konsekwencji minimalizuje odkładanie lodu przy uszczelkach drzwi wewnętrznych, przez co dodatkowo wpływa na szczelność komory zamrażarki a tym pośrednio na równomierną pracę kompresorów, ich większą trwałość i niższe zużycie energii elektrycznej. W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie.

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wewnętrzne drzwiczki ze stali nierdzewnej, izolowane pianką poliuretanową lub urządzenie posiadające komory zamykane dwiema parami izolowanych drzwi wewnętrznych.

4. Czy Zamawiający wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty przetargowej).

Zamawiający nie wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny.

5. Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w wyświetlacz umiejscowiony w górnej części urządzenia, maksymalnie do 15 cm od górnej krawędzi urządzenia w celu poprawy widoczności wyświetlanych parametrów z każdego miejsca laboratorium?

Zamawiający wymaga aby panel kontrolny zamrażarki znajdował się na wysokości oczu, dając możliwość jego łatwej obsługi.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED?

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD lub urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED.

7. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w izolację próżniową, składającą się z pianki poliuretanowej, rdzenia z włókna szklanego oraz paneli próżniowych, występującą także w drzwiach zewnętrznych?

Zamawiający wymaga, aby w izolacji zamrażarki zastosowane zostało rozwiązanie hybrydowe, opierające się o izolację próżniową i wykorzystanie pianki poliuretanowej.

8. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem wykonanym ze stali galwanizowanej powlekanej tworzywem? Rozwiązanie takie pozwala na podwyższenia trwałości wnętrza i ułatwienia czyszczenia komory zamrażarki.

Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną we wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej typu 304 lub urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali galwanizowanej powlekanej tworzywem.

9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 3 półki wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości, oraz podłogą komory także służącą jako półka?

Zamawiający wymaga aby zamrażarka wyposażona była w 4 półki wzmocnione o regulowanej wysokości.

10. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażoną w alarmy informujące o konieczności wymiany zużytego podzespołu oraz przeładowania komory urządzenia ciepłym materiałem?

Zamawiający nie wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w alarmy informujące o konieczności wymiany zużytego podzespołu oraz przeładowaniu komory urządzenia ciepłym materiałem.

11. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki niskotemperaturowej, której zużycie energii elektrycznej nie przekracza 9,3 kWh/24h przy temperaturze wnętrza zamrażarki -80°C i temperaturze otoczenia + 23°C? Na potwierdzenie do oferty dołączone oryginalne dokumenty producenta.

Zamawiający nie wymaga dokumentów i certyfikatów precyzujących, że zużycie energii przez zamrażarkę nie przekracza 9,3 kWh/24h przy temperaturze wnętrza zamrażarki -80°C i temperaturze otoczenia + 23°C.

12. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez możliwości zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych?

Zamawiający wymaga, aby zamrażarka posiadała możliwość zmiany położenia zawiasów i klamki, umożliwiającą otwieranie drzwi na prawą lub lewą stronę.

13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED z funkcją wyświetlania kodów błędów?

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD z systemem diagnostycznym błędów lub urządzenie z wyświetlaczem LED z funkcją wyświetlania kodów błędów.

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED z brakiem funkcji wyświetlania napięcia?

Zamawiający wymaga, aby zamrażarka wyposażona była w wyświetlacz wskazujący temperaturę pokojową, zadaną oraz napięcie.

15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED z brakiem funkcji wyświetlania wyników pomiarowych w postaci graficznych wykresów?

Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem przedstawiającym wyniki pomiarowe w postaci wykresów lub przedstawiające je w innej formie.

16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel sterowania zabezpieczonym poprzez kombinację przycisków?

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel kontrolny z Menu zabezpieczonym hasłem lub urządzenie z panelem sterowania zabezpieczonym poprzez kombinację przycisków.

17. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym poziomie generowanego hałasu równym 52 dB?

Zamawiający wymaga, aby zamrażarka charakteryzowała się poziomem hałasu poniżej 50 dB.

18. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wolnostojący system back-up?

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wbudowany system back-up CO₂.

19. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki niskotemperaturowej, wyposażonej w system back-up z funkcją procentowego zliczania pozostałego w butli CO₂.

Zamawiający nie wymaga zamrażarki z systemem back-up z funkcją procentowego zliczania pozostałego w butli CO₂.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.