

---

## **Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia**

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

### **DOSTAWA ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ O POJEMNOŚCI 830 LITRÓW**

Nr sprawy: **WDB/1000064856**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dostarczenia zamrażarki z drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w zatrzaskami, celem poprawy izolacji wewnątrz komory?

**Zamawiający nie wymaga dostarczenia zamrażarki z drzwiami wewnętrznymi wyposażonymi w zatrzaski.**

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 728 litrów?

**Nie. Zamawiający wymaga urządzenia o pojemności minimum 830 litrów.**

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podziałem komory na 4 sekcje zamykane dwiema parami izolowanych drzwi wewnętrznych? Jest to korzystniejsze rozwiązanie ze względu na ograniczenie szronienia drzwi wewnętrznych poprzez zminimalizowanie powierzchni styku zimnego powietrza z wewnątrz zamrażarki i ciepłego z otoczenie w momencie otwarcia zewnętrznych drzwi urządzenia. Zastosowanie 2 szt. drzwi wewnętrznych w konsekwencji minimalizuje odkładanie lodu przy uszczelkach drzwi wewnętrznych, przez co dodatkowo wpływa na szczelność komory zamrażarki a tym pośrednio na równomierną pracę kompresorów, ich większą trwałość i niższe zużycie energii elektrycznej. W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie.

**Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wewnętrzne drzwiczki ze stali nierdzewnej, izolowane pianką poliuretanową lub urządzenie posiadające komory zamykane dwiema parami izolowanych drzwi wewnętrznych.**

4. Czy Zamawiający wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty przetargowej).

**Zamawiający nie wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny.**

5. Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w wyświetlacz umiejscowiony w górnej części urządzenia, maksymalnie do 15 cm od górnej krawędzi urządzenia w celu poprawy widoczności wyświetlanych parametrów z każdego miejsca laboratorium?

**Zamawiający wymaga aby panel kontrolny zamrażarki znajdował się na wysokości oczu, dając możliwość jego łatwej obsługi.**

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED?

**Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD lub urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED.**

7. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w izolację próżniową, składającą się z pianki poliuretanowej, rdzenia z włókna szklanego oraz paneli próżniowych, występującą także w drzwiach zewnętrznych?

**Zamawiający wymaga, aby w izolacji zamrażarki zastosowane zostało rozwiązanie hybrydowe, opierające się o izolację próżniową i wykorzystanie pianki poliuretanowej.**

8. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem wykonanym ze stali galwanizowanej powlekanej tworzywem? Rozwiązanie takie pozwala na podwyższenia trwałości wnętrza i ułatwienia czyszczenia komory zamrażarki.

**Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną we wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej typu 304 lub urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali galwanizowanej powlekanej tworzywem.**

9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 3 półki wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości, oraz podłogą komory także służącą jako półka?

**Zamawiający wymaga aby zamrażarka wyposażona była w 4 półki wzmocnione o regulowanej wysokości.**

10. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki wyposażoną w alarmy informujące o konieczności wymiany zużytego podzespołu oraz przeładowania komory urządzenia ciepłym materiałem?

**Zamawiający nie wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w alarmy informujące o konieczności wymiany zużytego podzespołu oraz przeładowaniu komory urządzenia ciepłym materiałem.**

11. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki niskotemperaturowej, której zużycie energii elektrycznej nie przekracza 11,5 kWh/24h przy temperaturze wnętrza zamrażarki -80°C i temperaturze otoczenia + 23°C? Na potwierdzenie do oferty dołączone oryginalne dokumenty producenta.

**Zamawiający nie wymaga dokumentów i certyfikatów precyzujących, że zużycie energii przez zamrażarkę nie przekracza 9,3 kWh/24h przy temperaturze wnętrza zamrażarki -80°C i temperaturze otoczenia + 23°C.**

12. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez możliwości zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych?

**Zamawiający wymaga, aby zamrażarka posiadała możliwość zmiany położenia zawiasów i klamki, umożliwiającą otwieranie drzwi na prawą lub lewą stronę.**

13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED z funkcją wyświetlania kodów błędów?

**Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD z systemem diagnostycznym błędów lub urządzenie z wyświetlaczem LED z funkcją wyświetlania kodów błędów.**

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED z brakiem funkcji wyświetlania napięcia?

**Zamawiający wymaga, aby zamrażarka wyposażona była w wyświetlacz wskazujący temperaturę pokojową, zadaną oraz napięcie.**

15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED z brakiem funkcji wyświetlania wyników pomiarowych w postaci graficznych wykresów?

**Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem przedstawiającym wyniki pomiarowe w postaci wykresów lub przedstawiające je w innej formie.**

16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel sterowania zabezpieczonym poprzez kombinację przycisków?

**Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel kontrolny z Menu zabezpieczonym hasłem lub urządzenie z panelem sterowania zabezpieczonym poprzez kombinację przycisków.**

17. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym poziomie generowanego hałasu równym 52 dB?

**Zamawiający wymaga, aby zamrażarka charakteryzowała się poziomem hałasu poniżej 50 dB.**

18. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wolnostojący system back-up?

**Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wbudowany system back-up CO<sub>2</sub>.**

19. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki niskotemperaturowej, wyposażonej w system back-up z funkcją procentowego zliczania pozostałego w butli CO<sub>2</sub>.

**Zamawiający nie wymaga zamrażarki z systemem back-up z funkcją procentowego zliczania pozostałego w butli CO<sub>2</sub>.**

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia i koniecznością udzielenia odpowiedzi, **Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 26.09.2014. do godz. 12:30**