

## **Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia**

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

### **DOSTAWA: SYSTEM DO DOKUMENTACJI ŻELI**

Nr sprawy: **WDB/1000067686**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanym pytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dla wielkości piksela podając wartość 4.65x4.65 ma na myśli "milimetry, mm" czy "mikrometry,  $\mu\text{m}$ "? W kamerach CCD rozmiar piksela w tego typu systemach podawany jest w  $\mu\text{m}$ .

#### **Odpowiedz Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż rozmiary piksela w kamerze CCD, w którą jest wyposażony system do dokumentacji żeli, powinny wynosić 4.65x4.65  $\mu\text{m}$  (mikrometra), takie jednostki są stosowane w tego typu urządzeniach.

**Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 5 grudnia 2014 roku, godz. 12:30**

Z poważaniem,  
mgr Jowita Zielosko