

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA OSCYLOSKOPU WRAZ Z MODUŁEM GPIB

Nr sprawy: **76906, 76911**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego ekran posiada 16 poziomów jasności świecenia?
2. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który nie posiada funkcji segmentacji pamięci? Oferowany przyrząd posiada głębokie pamięci (10M punktów w każdym kanale pomiarowym), co pozwala na zapis długich interwałów czasowych o bardzo wysokiej rozdzielczości (bez konieczności segmentacji pamięci)
3. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego czułość na poziomie 1mV/dz realizowana jest na zasadzie tzw. cyfrowego powiększenia (powiększenie przebiegu rejestrowanego z czułością na poziomie 4mV/dz)?
4. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego waga wynosi 4,2kg? Nieco wyższa waga jest wynikiem implementacji dodatkowego toru akwizycji danych – zintegrowany sprzętowy analizator widma pracujący w paśmie do 3GHz.
5. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego tryb uśredniania wyświetla uśrednioną wartość z akwizycji 512 przebiegów?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza oscyloskop, którego ekran posiada 16 poziomów jasności świecenia.

Ad. 2.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oscyloskopu, który nie posiada funkcji segmentacji pamięci.

Ad. 3.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oscyloskopu, którego czułość na poziomie 1mV/dz realizowana jest na zasadzie tzw. cyfrowego powiększenia.

Ad. 4.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza oscyloskop, którego waga wynosi 4,2 kg.

Ad. 5.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza oscyloskopu, którego tryb uśredniania wyświetla uśrednioną wartość z akwizycji 512 przebiegów.

Z poważaniem,
mgr Jowita Zielosko

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.