

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
p.n.:

ANALIZATOR STĘŻENIA CZĄSTEK Z PODZIAŁEM FRAKCYJNYM – 1 szt.

Nr sprawy: **W1/1000085762**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanym pytaniem dot. warunków realizacji zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia na analizator stężenia cząstek z podziałem frakcyjnym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie związane z przytoczonym niżej fragmentem opisu przedmiotu zamówienia: „Przedmiotem zakupu jest licznik szesnastokanałowy wraz z kalibracją oraz zapasowym kompletem filtrów”.

Informujemy, że aparat TSI model 3330 jest dostarczany po skalibrowaniu (z dołączonym fabrycznym świadectwem kalibracji), a koszt tej kalibracji jest wliczony w cenę zakupu aparatu. Płatne osobno są kolejne usługi kalibracji przy czym zaleca się ich wykonywanie po każdym kolejnym roku pracy urządzenia.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy przez wspomnianą w opisie przedmiotu zamówienia „kalibrację” należy rozumieć jedną dodatkową usługę kalibracji, która zostanie wykonana po roku użytkowania aparatu ?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż Zamawiający wymaga dodatkowej usługi kalibracji, która winna być wykonana po upływie dwunastu miesięcy od daty dostarczenia aparatu.

Z poważaniem,
mgr Jowita Zielosko