



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA MYJEK ULTRADŹWIĘKOWYCH (4 szt.)

Nr sprawy: **WDB/1000065516**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne myjki ultradźwiękowej (S x G x W) 365x186x264 mm, wagę 5,1 kg przy spełnieniu pozostałych wymagań ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza moc grzewczą myjki 400 W przy całkowitym poborze mocy 550 W ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza urządzenie o lepszych parametrach technicznych. Za lepsze parametry techniczne Zamawiający uważa urządzenie o mniejszych wymiarach i niższej wadze.
2. Zamawiający dopuszcza moc grzewczą myjki 400 W przy całkowitym poborze mocy nie przekraczającym 550 W.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.