

Projekt pt. „Chemik – Chemia + Kompetencje”

Katowice, dnia 12.06.2019r.

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**  
**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Bankowa 12,  
40-007 Katowice  
tel. (032) 359 19 24,  
L.dz. DZP.381.043.2019.DW

**Wyjaśnienia treści SIWZ**  
**Zmiana treści SIWZ**  
**Zmiana terminu składania i otwarcia ofert**

---

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” nr spr. DZP.381.043.2019.DW.**

---

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie Wykonawcy:** Część A – Pehametr

Czy Zamawiający dopuści pehametr o masie 520g, spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza pehametr o masie 520g, spełniający wszystkie pozostałe kryteria Zamawiającego.

**W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części A-Pehametr, w następujący sposób: parametr masy:**

**jest:** masa 600g (±5%)

**powinno być:** masa 520 - 630 g

Projekt pt. „Chemik – Chemia + Kompetencje”

**II. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, w wyniku zmiany treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i w związku z tym na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 4a ust. 1) ustawy Pzp:**

**1. Zmienia się ust. 12 w rozdz. VIII SIWZ „Opis sposobu przygotowania oferty”, w następujący sposób:**

„Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i opisanej”:

*Nazwa i adres Wykonawcy*

**Przetarg nieograniczony – DZP.381.043.2019.DW**

**„Dostawa urządzeń laboratoryjnych”**

***Nie otwierać przed dniem 18.06.2019r. godz. 10:30***

**2. Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 III p., w terminie do dnia **18.06.2019r. do godz. 10:00.**”

**3. Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.06.2019r. o godz. 10:30** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 III p.”

**III.** Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Zmiana jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**IV.** W związku z tym, iż przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert, prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1) Ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr: 540118422-N-2019, data publikacji: 12.06.2019r.

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części A ( Załącznik nr 2A do SIWZ)

*mgr Justyna Rutkowska Zawada*  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

*mgr Kalina Rożek*  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice  
tel. 32 359 13 34, 32 359 20 48  
e-mail: [dzp@us.edu.pl](mailto:dzp@us.edu.pl) | [www.us.edu.pl](http://www.us.edu.pl)