

UNIwersytet Śląski  
ul. Bankowa 12,  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34  
REGON 000001347

Katowice, dn. 31.05.2011 r.

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/50/11

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ  
ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

---

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **RU/DW/50/11** o wartości zamówienia poniżej 193.000 € na „**DOSTAWĘ PIECÓW LABORATORYJNYCH**”.

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

Czy przedmiotem zamówienia jest piecyk próżniowy obrotowy o objętości destylacji 10-60 ml, czy też piecyk do suszenia, który nie jest obrotowy o objętości 100-250 ml?

Wg naszej wiedzy piecyk próżniowy obrotowy o objętości 250 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ nie istnieje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

**I. Pkt 3 w rozdziale I SIWZ otrzymuje brzmienie:**

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:

Część	Przedmiot zamówienia	Ilość szt./ Opis przedmiotu zamówienia
A	Piec wysokiej próżni z wyposażeniem	1 szt./zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
B	Piecyk próżniowy do suszenia np. BUCHI lub równoważny	1 szt./zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

**II. Nazwa części B w załączniku 1A (Formularz oferty) otrzymuje brzmienie:**

OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI „B” - PIECYK PRÓŻNIOWY DO SUSZENIA np. BUCHI lub równoważny

W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualny formularz ofertowy (Załącznik 1A do SIWZ).

**III. Opis przedmiotu zamówienia (załączniku nr 2 do SIWZ) w zakresie części B otrzymuje brzmienie:**

Piecyk próżniowy do suszenia np. BUCHI lub równoważny

Zakres temperatury: nie więcej niż 300 °C

Objętość suszenia: nie mniej niż 100 ml, nie więcej niż 250 ml

Zużycie mocy: nie więcej niż 450 W

Wydajność grzania: czas nie dłuższy niż 15 minut od temperatury otoczenia do temp. 300 °C

Konieczne podłączenie w celu uzyskania warunków prowadzenia suszenia pod zmniejszonym ciśnieniem

Miejsce dostawy:

Instytut Chemii

Zakład Dydaktyki Chemii

ul. Szkolna 9

40-006 Katowice

**IV. §1 pkt 1 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) otrzymuje brzmienie:**

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez *Zamawiającego* postępowania nr **RU/DW/50/11** oraz ofertę przedstawioną przez *Wykonawcę* w tym postępowaniu – stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zamawiający nabywa od Wykonawcy następujące urządzenie:

- 1) **Piec wysokiej próżni z wyposażeniem** (oznaczony w postępowaniu jako część „A”);
- 2) **Piecyk próżniowy do suszenia np. BUCHI lub równoważny** (oznaczony w postępowaniu jako część „B”);

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 2 Ustawy i w związku z art. 38 ust. 4a pkt 1) Ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu i zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

**V. Pkt 1 i 2 w rozdziale VI SIWZ otrzymują brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 pok. 69, w terminie **do dnia 08.06.2011 r. do godz. 12:30.**
2. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia **07.07.2011 r. włącznie.**

**VI. Pkt 1 w rozdziale VIII SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.06.2011 r.** o godz. **13:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, 40-007 Katowice ul. Bankowa 12 pok. 61.

**POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Aneta Knapik

mgr Ewa Słowik

.....  
Sekretarz Komisji Przetargowej

.....  
Przewodniczący Komisji Przetargowej