

---

## Dotyczy : Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

**dostawa: „Pieca laboratoryjnego – 1 szt.”**

Nr sprawy: **95461 /2017**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. warunków realizacji zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie Wykonawcy :**

**Czy Zamawiający dopuści ofertę nie spełniającą wymogu zawartego we:**

wzorze umowy nr DL.230....As.2017 .....§5.16. “Jeżeli z przyczyn technicznych wady nie da się usunąć w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć na okres dokonywanej naprawy „urządzenie zastępcze”,  
Uzasadnienie: Wykonawca nie posiada i nie będzie posiadał pieca zastępczego.

### **Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający dopuszcza możliwość braku urządzenia zastępczego w sytuacji gdy naprawa urządzenia nie przekroczy 28 dni kalendarzowych.

### **Pytanie Wykonawcy :**

**Czy Zamawiający dopuści ofertę nie spełniającą wymogów zawartych w:**

p.4. “ Warunki realizacji zamówienia” pp.3.”Termin gwarancji: min. 36 miesięcy “  
oraz  
we wzorze umowy nr DL.230....As.2017 .....§5 .3. “Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest o 3 miesiące dłuższy od terminu gwarancji, .”  
Uzasadnienie: Wykonawca, w tym zakresie proponuje następujące warunki: gwarancja na piec oprócz termopary i grzałek 36 miesięcy oraz na termoparę i grzałki 12 miesięcy.

### **Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w związku z czym , treść pkt. 4 Warunki realizacji zamówienie pp.3 Termin gwarancji otrzymuje brzmienie: piec min. 36 miesięcy, grzałki oraz termopara min. 12 miesięcy oraz termin rękojmi równy terminowi gwarancji.

**Zamawiający informuje, iż zmiana ulega termin składania ofert wskazany w Ogłoszeniu na dzień 23.06.2017 roku do godz. 12:00.**

Z poważaniem  
Agnieszka Szlesińska