

UNIwersytet Śląski
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dn. 06.09.2012r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartość kwoty 200 000 € p.n.: „DOSTAWA PH-METRÓW – 2 SZT.”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 205 g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze nie większej niż 205g.

W związku z udzieloną odpowiedzią, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający, wprowadza następujące zmiany w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Waga: nie więcej niż 205g.

POWYŻSZE WYJASNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

lic. Julia Kaczmarek
Członek Komisji Przetargowej

mgr Aneta Szturc-Krawczyk
Przewodniczący Komisji Przetargowej