

UNIwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 200 000 euro na **dostawę urządzeń laboratoryjnych** (numer postępowania: DZP.381.157.2012.DW)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:

- 1) W zakresie części **A** – Stanowisko pompowe – zestaw pompy turbomolekularnej z pompą rotacyjną;
- 2) W zakresie części **B** – Pompa membranowa – 1 szt.;
- 3) W zakresie części **C** – Wirówka stołowa laboratoryjna z wyposażeniem – 1 szt.;
- 4) W zakresie części **D** – Mini-wirówka laboratoryjna – 1 szt.;
- 5) W zakresie części **E** – Wyrząsarka do mikroplitek z wyposażeniem – 1 szt.;
- 6) W zakresie części **F** – Wyrząsarki – 3 szt.;
- 7) W zakresie części **G** – Wyrząsarka orbitalna z platformą – 1 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1)

Dotyczy części C:

- Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o następujących parametrach technicznych i wyposażeniu:

a) parametry techniczne:

- Maksymalne obroty: 4000 obr./min.
- Przyspieszenie maksymalne: 2200 x g
- Pojemność: max. 400 ml
- Czas wirowania: 1÷99 min. i praca ciągła
- Wymiary wirówki: głęb. 460 x szer. 330 x wys. 270 mm

b) wyposażenie:

- Wirnik horyzontalny: 4 x 100 ml,
- Pojemnik z autoklawowalnego polipropylenu do wirnika
- Probówki plastikowe do wirówki: obojętność 100ml, 1 opakowanie (4szt.) z pokrywą

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wirówkę stołową laboratoryjną o proponowanych powyżej parametrach technicznych i wyposażeniu.

Pytanie 2)

Dotyczy części G:

- Czy Zamawiający dopuszcza wytrząsarke o następujących parametrach technicznych:

- Zakres szybkości: 20-500 rpm
- Orbita: 10mm
- Max. obciążenie: 8 kg
- Wymiary platformy: 33 x 33 cm.
- Wymiary: dł. 41,5 cm. x szer. 36,2 cm. x wys. 14,0 cm.
- Waga: 10,5 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wytrząsarke o parametrach zaproponowanych powyżej

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie

Aneta Knapik

.....
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej: