



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 30 września 2013r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA DZP.381.103.2013.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość kwoty 200 000 € p.n.: **DOSTAWA WZMACNIACZA ELEKTROMETRYCZNEGO Z MANIPULATOREM**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza manipulator, dla którego rozdzielczość (dokładność ustawienia) została określona jako 0,5 μm ?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie manipulatora, dla którego rozdzielczość (dokładność ustawienia) została określona jako 0,5 μm

mgr inż. Artur Baran

.....
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Ewa Słowik

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej