



## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

---

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych: bioreaktor, czytnik mikroplątek”, nr rej.: **DZP.381.053.2019.DW**.

---

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ (**dotyczy cz. A – bioreaktor**) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie bioreaktora z naczyniem hodowlanym o budowie dwuściennej, co pozwala na kontrolę temperatury poprzez obieg cieczy chłodzącej/grzejnej w płaszczu pomiędzy ściankami i jest parametrem korzystnym dla Zamawiającego, gdyż pozwala na kontrolę temperatury bez stosowania dodatkowych elementów zewnętrznych jak np. mata grzejna? Proponowane rozwiązanie jest nowocześniejsze i powszechnie stosowane przez większość renomowanych producentów fermentorów. Jeżeli nie, proszę o argumentację.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający zgodzi się na bioreaktor z możliwością kontroli za pomocą zintegrowanego komputera dotykowego oraz wyjściem LAN do sterowania zewnętrznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza bioreaktora ze zintegrowanym komputerem dotykowym.

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający zgodzi się na bioreaktor z możliwością sterowania dwoma naczyniami hodowlanymi z poziomu pojedynczego sterownika?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

*mgr Kalina Rożek*

*Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej*

*mgr Damian Ludwikowski*

*Członek Komisji Przetargowej*