



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI


UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 11 maja 2013 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
NR DZP.381.35.2013.DW

ODPOWIEŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ – WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.35.2013.DW** o wartości zamówienia poniżej wartości 200.000 € p.n. „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

Dotyczy części A.1 (suszarka laboratoryjna):

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną wyposażoną w czujnik temperatury PT100 i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego? Powyższy czujnik gwarantuje dokładną charakterystykę temperatury zgodnie z zaleceniami wymaganymi przez zaprogramowane wartości domyślne. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza suszarkę laboratoryjną wyposażoną w czujnik temperatury PT100 i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Członek Komisji Przetargowej:

mgr Ewa Słowik

Członek Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran