

UNIwersYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP: 634-019-71-34;
Fax: 32 359 20 48

Katowice, dn. 02.12.2013r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.158.2013.DW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „**DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH**”, nr rej.: **DZP.381.158.2013.DW**.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dalej uPzp, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, **Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie nr 1: Część C - Przecinarka precyzyjna -1 sztuka. Czy istnieje możliwość zaoferowania przecinarki precyzyjnej z dokładnością pozycjonowania 0,01mm zamiast wymaganego 0.005mm?

Odp.: *Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganych parametrów.*

Pytanie nr 2: Część C - Przecinarka precyzyjna -1 sztuka. Czy istnieje możliwość zaoferowania przecinarki precyzyjnej z zestawem podkładek 60mm zamiast wymaganego zestawu podkładek 42mm?

Odp.: *Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganych parametrów.*

Pytanie nr 3: Część C - Przecinarka precyzyjna -1 sztuka. Czy istnieje możliwość zaoferowania przecinarki precyzyjnej z wbudowaną jednostką chłodzenia o pojemności 1 litra zamiast wymaganej jednostki chłodzenia o pojemności 4 litrów?

Odp.: *Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganych parametrów.*

Pytanie nr 4: Część D - Szlifierko-polerka - 1 sztuka. Czy istnieje możliwość zaoferowania szlifierko-polerki z uchwytem do trzech lub pięciu próbek zamiast wymaganego uchwyty do czterech próbek?

Odp.: *Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganych parametrów.*

Pytanie nr 5: Część D - Szlifierko-polerka - 1 sztuka. Czy istnieje możliwość zaoferowania szlifierko-polerki z poziomem hałasu w wysokości 60dba mierzonych w odległości jednego metra od urządzenia zamiast wymaganych 42dba?

Odp.: *Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganych parametrów.*

Pytanie nr 6: Część D - Szlifierko-polerka - 1 sztuka. Czy istnieje możliwość zaoferowania szlifierko-polerki z głowicą szlifierską o stałej prędkości obrotowej wynoszącej 150 1/min.?

Odp.: *Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganych parametrów.*

mgr Damian Ludwikowski

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej