



Katowice 09.07.2015r.

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.78.2015.DW**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa mikroskopu stereoskopowego z kamerą”, nr rej.: **DZP.381.78.2015.DW**.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej *ustawą Pzp*, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści mikroskop równoważny z lepszym oświetleniem, o zakresie zoom 8x do 50x w standardowym skompletowaniu, z możliwością rozbudowy o gamę kilku obiektywów zmniejszających i zwiększających, z głowicą obrotową o pochyleniu tubusów okularowych 45° oraz z lepszym i jaśniejszym oświetleniem LED, odpowiadającym jasnością halogenowemu o mocy min. 15W, górno-bocznym i dolnym, z płynną regulacją intensywności obu źródeł aż do wyłączenia obu niezależnie, które:
  - nie zmienia temperatury barwowej podczas regulacji potencjometrem
  - nie nagrzewa i nie wysusza preparatu oraz nie grozi uszkodzeniem urządzenia przy pozostawieniu na kilka godzin włączonego pod płytką czarno-białą
  - koresponduje barwą z dodatkowym oświetlaczem pierścieniowym wymaganym przez Zamawiającego
  - lepiej sprawdza się we współpracy z kamerami ponieważ nie miesza się światła o różnych barwach oraz nie ma zmian temperatury barwowej światła?

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

2. Czy Zamawiający dopuści adapter C-mount z regulacją ostrości do podłączenia kamery z soczewką 0.5x, lepiej dostosowaną do wielkości matrycy kamery oraz optyki oferowanego mikroskopu?

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

3. Czy Zamawiający zaakceptuje równoważny lepszy oświetlacz pierścieniowy strefowy LED o temperaturze barwowej 6500K z płynną regulacją intensywności wyskalowaną ( skala od 0 do 10 ) dostępną zarówno przy załączonych wszystkich diodach jak również ¼ lub ½ obwodu oświetlacza pierścieniowego z dowolnej strony?

*Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.*

**mgr Kalina Rożek**

Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej

**mgr Damian Ludwikowski**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. 32 359 13 34, 32 359 20 48

e-mail: [dzp@us.edu.pl](mailto:dzp@us.edu.pl) | [www.us.edu.pl](http://www.us.edu.pl)

„Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”  
Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa XIII, Działanie 13.1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego