



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

## **Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia**

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

### **DOSTAWA: SUSZAREK LABORATORYJNYCH (2 szt.)**

Nr sprawy: **WDB/1000065399**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiających w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**1. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o pojemności 75 litrów?**

ODP: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SUSZARKI O POJEMNOŚCI 75 LITRÓW, WYMAGA POJEMNOŚCI W ZAKRESIE 45-60L

**2. Czy Zamawiający dopuści nastawę temperatury co 0,1 st. C?**

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NASTAWĘ TEMPERATURY CO 0,1 ST. C.

**3. Czy Zamawiający dopuści wnętrze ze stali nierdzewnej z 2 półkami z drutu lub z blachy nierdzewnej perforowanej?**

ODP. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA WNĘTRZA ZE STALI NIERDZEWNEJ . ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZASTOSOWANIA W PÓŁKACH STALI O WYSOKIEJ ODPOORNOCI CHEMICZNEJ Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM, NP. POWLEKANYCH GALWANICZNIE (NP. CHROMOWANE).

**4. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o pojemności komory 60 lub 64 litrów?**

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SUSZARKĘ O POJEMNOŚCI 60 LITRÓW PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW.

**5. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o temperaturze maksymalnej 200 st. C?**

ODP. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SUSZARKI O TEMPERATURZE MAX. 200 ST. C, WYMAGA URZĄDZENIA O TEMPERATURZE 220<sup>0</sup>C LUB WYŻSZEJ.



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**6. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wadze 50-55 kg?**

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SUSZARKĘ O WADZE NIE WIĘKSZEJ NIŻ 50 KG.

**7. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 56 litrów, regulacją temperatury co 0,1 st. C, wagą urządzenia 50 kg, jednorodność temp. w 105 st. C (+/-2,5 st. C), na wyposażeniu 2 półki druciane INOX?**

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZŁOŻENIE OFERTY NA SUSZARKĘ SPEŁNIAJĄCĄ PARAMETRY PODANE W PYTANIU, Z WYŁĄCZENIEM PÓŁEK DRUCIANYCH. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZASTOSOWANIA W PÓŁKACH STALI O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM, NP. POWLEKANYCH GALWANICZNIE (NP. CHROMOWANE).

**Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o pojemności 39 l? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

ODP. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SUSZARKI O POJEMNOŚCI 39 L. ZDECYDOWANIE ZA MAŁA DO ZAMAWIAJĄCEGO.

**8. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną ważącą 34 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.**

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SUSZARKĘ O WADZE 34 KG PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW.

**9. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o pojemności 75 l? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

ODP. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SUSZARKI O POJEMNOŚCI 75 LITRÓW, WYMAGA POJEMNOŚCI W ZAKRESIE 45-60L

**10. Czy zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z wnętrzem ze stali nierdzewnej wyposażoną w 2 półki wykonane ze stali nierdzewnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

ODP. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA PÓŁKI DRUCIANE. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE PÓŁEK Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM, NP. POWLEKANYCH GALWANICZNIE (NP. CHROMOWANE).

**Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 24 listopad 2014 roku, godz. 11:30**

Z poważaniem,  
mgr Jowita Zielosko

---

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.