



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA: STACJA OCZYSZCZANIA WODY (3 szt.)

Nr sprawy: **W1/1000065480**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiających w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wymiary urządzenia: 230 x 360 x 520 mm?

ODP: Zamawiająca dopuszcza urządzenie o w/w rozmiarach, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów na poziomie nie gorszym od parametrów wymaganych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.

2. Zwracam się z pytaniem jaką dokładnie wydajnością ma się charakteryzować układ, ponieważ nie ma tego umieszczonego w specyfikacji?

ODP: Zamawiający informuje, iż zgodnie z danymi umieszczonymi w specyfikacji układ winien posiadać następujący parametr techniczny: ogólna wydajność systemu nie mniejsza niż 5 l/h.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 290 x 380 x 540 mm? W razie potrzeby urządzenie przystosowane jest do montażu ściennego.

ODP: Zamawiająca dopuszcza urządzenie o w/w rozmiarach, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów na poziomie nie gorszym od parametrów wymaganych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 24 listopad 2014 roku, godz. 14:30

Z poważaniem,
mgr Jowita Zielosko

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.