



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr rej.: **DZP.381.104.2018.DW**.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień (**dotyczy części B – wytrząsarka**):

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie wytrząsarki o innych parametrach niż wskazane w specyfikacji tj.

Ruch: okrężny/drgający typu Vortex – Spełnia

Średnica orbity: 4,5 mm ($\pm 1\%$) - Spełnia

Maks. wytrząsana objętość: 100 ml – Brak danych

Średnica naczyń maks.: 30 mm - Spełnia

Zakres obrotów: 1000 do 2800 obr./min.- Spełnia do 3000

Płynna regulacja prędkości. - Spełnia

Uruchomienie poprzez dociśnięcie nasadki. Spełnia

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 110 x 70 mm ($\pm 1\%$) INNE: 180 x 70 x 220

Ciężar: 0.55 kg ($\pm 1\%$) INNE 2,2 kg

Klasa bezpieczeństwa (zgodnie z normą DIN EN 60529): IP 40 Spełnia IP42

Moc znamionowa wejście/wyjście: 1,2 / 0,8 W- Spełnia

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza większego rozmiaru wytrząsarki.

mgr Małgorzata Wróblewska
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej

mgr Damian Ludwikowski
Przewodniczący Komisji Przetargowej