

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

---

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa mikroskopu stereoskopowego”, nr rej.: **DZP.381.103.2019.DW**.

---

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpływieniem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z większym, a więc bardziej uniwersalnym, bazowym zakresem powiększeń - 8-64x?

*Odpowiedź: Tak.*

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z odległością roboczą obiektywu 1x - 78 mm i możliwością zamontowania obiektywu klasy Plan Apo 0,5x z odległością 126 mm (dający powiększenie 4x-32x)?

*Odpowiedź: Nie. Wymagana duża odległość robocza obiektywu.*

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z wysokością podstawy statywu ok. 40 mm?

*Odpowiedź: Nie. Wymagana jak najmniejsza wysokość postawy mikroskopu.*

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z położeniem osi pokręteł ogniskowania ok. 150 mm względem podstawy statywu?

*Odpowiedź: Nie. Wymagany ergonomiczny układ ogniskowania.*

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z ergonomicznym pochyleniem tubusów okularowych 20 stopni?

*Odpowiedź: Nie. Wymagane zapewnienie takich samych parametrów obserwacji dla wszystkich studentów. Zamawiający posiada już mikroskopy o takich parametrach technicznych.*

**Pytanie 6.** Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z uchylnymi tubusami okularowymi w zakresie 0-35 stopni?

*Odpowiedź: Nie. Wymagane zapewnienie takich samych parametrów obserwacji dla wszystkich studentów. Zamawiający posiada już mikroskopy o takich parametrach technicznych.*

*mgr Małgorzata Wróblewska  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Damian Ludwikowski  
Przewodniczący Komisji Przetargowej*