
*Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.*

**Fitotronowa komora klimatyczna
Nr sprawy: 92553 / 2017**

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. specyfikacji technicznej oraz warunków realizacji zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności komory 625 litrów?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości pojedynczej komory 1505mm?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dodatkowym panelem świetlnym z możliwością umieszczenia na dowolnej wysokości w komorze?
4. Czy Zamawiający dopuści komorę wyposażoną w kółka i stopy blokujące służące również do poziomowania?
5. Czy opisany stolik ma pełnić funkcję podstawy dla opisanego urządzenia oraz czy w przypadku urządzenia wolnostojącego wyposażonego w koła, gdzie stolik ten jest zbędny, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia takiego stolika?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 9 tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pyt. 1.

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o pojemności 625 litrów, podtrzymuje wymaganie zaoferowania komory o pojemności 245l.

Pyt. 2.

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wysokości 1505 mm, podtrzymuje wymaganie zaoferowania komory o wysokości 800mm

Pyt. 3.

Zamawiający dopuszcza urządzenie z dodatkowym panelem świetlnym z możliwością umieszczenia na dowolnej wysokości w komorze.

Pyt. 4.

Zamawiający nie dopuszcza komory wyposażonej w kółka i stopy blokujące służące również do poziomowania.

Pyt. 5.

Tak, opisany stolik ma pełnić funkcję podstawy dla przedmiotowego urządzenia, urządzenie nie jest wolnostojące.

Pyt. 6.

Zamawiający wymaga aby dostawa została zrealizowana do 6 tygodni.

Pytanie Wykonawcy:

1. Dot. pkt. 3 ogłoszenia, wiersz 26: Co zamawiający rozumie pod pojęciem "wyposażenie do przechowywania próbek w temperaturze poniżej temperatury otoczenia"?
2. Dot. pkt. 3 ogłoszenia, wiersz 27: jakie wymiary powinien mieć "stolik z kółkami jezdnyimi z blokadą"?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pyt. 1.

Wyposażenie do przechowywania próbek w temperaturze poniżej temperatury otoczenia oznacza dodatkową komorę dla przechowywania/inkubacji dużej ilości próbek/materiału biologicznego dla którego przechowywania/inkubacji wymagana jest eksperymentalnie wymieniona temperatura.

Pyt. 2.

Podstawa – zgodnie z wymiarami podstawy komory 36cm szer. +/- 2cm, pozostałe wymiary zgodnie ze specyfikacją.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, iż **ulega zmianie termin składania ofert na dzień 20.02.2017 roku do godz. 9:00.**

Z poważaniem

Agnieszka Szlesińska