



Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/03/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 € na: **DOSTAWĘ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH – APARATURA GEOELEKTRYCZNA**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) **w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy zgadzają się Państwo na zaoferowanie miernika 16-bitowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Miernik musi być 32-bitowy.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy zgadzają się Państwo na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, aby termin realizacji zamówienia wynosił 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający ustala nowy termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa **11-03-2009 o godzinie 10:30**

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok. 69

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa **09-04-2009**

Otwarcie ofert nastąpi **11-03-2009r. o godzinie 11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

*Specjalista
Aneta Knapik*