



UNIwersytet ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. /032/ 359 1381, 359 1379

fax. /032/ 359 2048

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/46/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na

DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ

z podziałem na części:

W ZAKRESIE CZĘŚCI A – MINERALIZATOR I WAGI ANALITYCZNE;

W ZAKRESIE CZĘŚCI B – SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY;

W ZAKRESIE CZĘŚCI C – WYTRZĄSARKI I MINIWIROWKA;

W ZAKRESIE CZĘŚCI D – URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA SUCHEGO LODU;

W ZAKRESIE CZĘŚCI E – WIROWKA LABORATORYJNA Z WIRNIKAMI;

W ZAKRESIE CZĘŚCI F – MIKROWIROWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM I ROTOREM;

W ZAKRESIE CZĘŚCI G – WYTRZĄSARKA.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

1. Pytanie Wykonawcy:

DOTYCZY CZĘŚCI A - MINERALIZATOR I WAGI ANALITYCZNE;

Czy, mineralizator ma spełniać poniższe wymagania dotyczące zasilania, mocy oraz maksymalnych wymiarów gabarytowych:

- zasilanie 230V, 50-60Hz, i moc 1100W
- wymiary (SxWxG) 293 x 152 x 339mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, mineralizator ma spełniać poniższe wymagania dotyczące zasilania, mocy oraz maksymalnych wymiarów gabarytowych tj.

- zasilanie 230V, 50-60Hz, i moc 1100W
- wymiary (SxWxG) 293 x 152 x 339mm?

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej:

Aneta Knapik