

Pytania i odpowiedzi .

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych p.n. „Dostawa autoklawu” nr 132096 / 2020

W związku z otrzymanymi pytaniami do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga:

Sprężarka cichobieżna bezolejowa dostosowana do zapotrzebowania autoklawu

Uzasadnienie: Sterylizator parowy z funkcją podtrzymania ciśnienia wymaga do pracy sprężonego powietrza.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga ujęcia w dostawie sprężarki cichobieżnej bezolejowej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga:

Stacja odwróconej osmozy o wydajności dostosowanej do obsługi sterylizatora, woda ma być dostarczana do wytwornicy i systemu chłodzenia

Uzasadnienie: Sterylizator parowy wymaga zapewnienia wody uzdatnionej po odwróconej osmozie

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający posiada centralny system oczyszczonej wody, nie wymaga ujęcia w dostawie stacji odwróconej osmozy.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wymaga:

Funkcja szybkiego chłodzenia przy użyciu wody uzdatnionej w obiegu zamkniętym.

Uzasadnienie: System szybkiego chłodzenia zdecydowanie skraca czas procesu chłodzenia oraz przyspiesza proces sterylizacji płynów.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję szybkiego chłodzenia.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wymaga:

Funkcja podtrzymania ciśnienia w trakcie schładzania wsadu przy użyciu sprężonego powietrza.

Uzasadnienie Funkcja ta stosowana jest w celu zapobieganiu wykipieniu sterylizowanych płynów lub rozsadzenia szczelnie zamkniętych butelek.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję podtrzymania ciśnienia w trakcie schładzania wsadu przy użyciu sprężonego powietrza.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu:

§5 pkt. 16. Jeżeli z przyczyn technicznych wady nie da się usunąć w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć na okres dokonywanej naprawy „urządzenie zastępcze”, o parametrach nie gorszych niż urządzenie przekazane do naprawy.

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie, producent nie ma zapasowego urządzenia na stanie.

Ponadto sterylizator podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie §5 pkt. 16.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY
SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Agnieszka Szlesińska