

Katowice dn. 16.10. 2017 r.

**Uczestnicy postępowania
DZP.381.113.2017.DW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 209 000,00 € (**nr sprawy: DZP.381.113.2017.DW**), którego przedmiotem jest „**Dostawa urządzeń laboratoryjnych**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579), *zwanej dalej upzp*, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

(Dotyczy części A) Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne bezsilnikowe o średnicy płyty grzejnej 90mm, max. objętościcieczy 1 litr, masie 1,5 kg oraz wymiarach 220x100x55mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane parametry urządzenia, przy zachowaniu pozostałych wymogów.

Pytanie 2.

(Dotyczy części A) Czy Zamawiający wymaga uruchomienia urządzenia i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi oraz przeglądów okresowych w czasie trwania okresu gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ww. czynności.

Pytanie 3.

(Dotyczy części B) Czy Zamawiający z uwagi na zmianę parametrów ze strony producenta dopuści tensjometr o następujących parametrach:

- *prędkość podnoszenia stolika: 2,4 do 14 mm/min. – im wolniej wykrywana powierzchnia tym lepiej;*
- *wymiary: 270x430x350mm;*
- *pobór mocy: z uwagi na nowy silnik jest 40W?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane parametry urządzenia, przy zachowaniu pozostałych wymogów.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY

W związku z tym, iż przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1) Ustawy Pzp, zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 500042970-N-2017; data zamieszczenia: 13.10.2017r.

Termin składania ofert: 20.10.2017r. do godz. 10:00.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
mgr Kalina Rożek

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Justyna Rutkowska-Zawada