



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Katowice, dn. 22.04.2015 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
Fax: 32 359 20 48

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DZP.381.47.2015.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość kwoty 207.000 €

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej *ustawą Pzp*, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia załącznika 2 do SIWZ dotyczącego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

„W celu prowadzenia pracy urządzenia powinno być dostarczone z przynajmniej: 4 kóleczkami ściernymi wykonanych z brązu fosforowego o średnicy 15 mm; 15 kóleczkami polerskimi wykonanymi z filcu o średnicy 15 mm; pastami polerskimi z azotku boru o średnicy 0-2 μm oraz 4-6 μm.”

Poprzez zapis:

„W celu prowadzenia pracy urządzenia powinno być dostarczone z przynajmniej: 4 kóleczkami ściernymi wykonanych z brązu fosforowego o średnicy 15 mm; 15 kóleczkami polerskimi wykonanymi z filcu o średnicy 15 mm; diamentowymi pastami polerskimi o średnicy 0-2 μm oraz 4-6 μm.”

Uzasadnienie:

Pasta diamentowa posiada właściwości porównywalne do pasty polerskiej z azotku boru. Przeznaczona jest do szlifowania końcowego, docierania i polerowania powierzchni. Pastę diamentową można stosować do obróbki maszynowej lub ręcznej. A zatem zastosowanie pasty diamentowej nie będzie miało wpływu na pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

mgr Justyna Rutkowska- Zawada
Przewodniczący Komisji Przetargowej