



Katowice, dn. 29.12.2014 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

Fax: 32 359 20 48

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.111.2014.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 207.000€ (nr sprawy: **DZP.381.111.2014.DW**), p.n. **DOSTAWA MIKROSKOPU SKANINGOWEGO**.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej *ustawą Pzp*, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie1.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia ppkt dotyczącego parametrów technicznych ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ

„Stacja robocza do obsługi mikroskopu dedykowana przez producenta mikroskopu z monitorem LCD 23” i zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania mikroskopem ze standardowymi aplikacjami”

Poprzez zapis:

„Stacja robocza do obsługi mikroskopu dedykowana przez producenta mikroskopu z monitorem LCD 19” i zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania mikroskopem ze standardowymi aplikacjami”

Uzasadnienie:

Producent urządzenia, które chcielibyśmy Państwu zaproponować przystosował oprogramowanie do działania mikroskopu na monitorze 19”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Załącznik 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – poz. Sterowanie mikroskopem otrzymuje brzmienie: stacja robocza do obsługi mikroskopu dedykowana przez producenta mikroskopu z monitorem LCD 19” i zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania mikroskopem ze standardowymi aplikacjami.

Pytanie 2.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia pkt II ppkt 3 SIWZ dot. terminu realizacji zamówienia

„Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 12 tygodni od daty zawarcia umowy**”

Poprzez zapis:

„Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 18 tygodni od daty zawarcia umowy**”

Uzasadnienie:

Urządzenie, które chcielibyśmy Państwu zaproponować posiada najnowsze rozwiązania techniczne, niedostępne w poprzednich modelach. Aby móc je Państwu zaoferować, producent potrzebuje dłuższego czasu na realizację.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Rozdz. II ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: Termin realizacji zamówienia: do 18 tygodni od daty zawarcia umowy.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ.

- 1. Rozdz. II ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: *Termin realizacji zamówienia: do 18 tygodni od daty zawarcia umowy.***
- 2. Załącznik 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – poz. Sterowanie mikroskopem otrzymuje brzmienie: *stacja robocza do obsługi mikroskopu dedykowana przez producenta mikroskopu z monitorem LCD 19" i zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania mikroskopem ze standardowymi aplikacjami.***

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający udostępnia zaktualizowaną wersję dokumentu na stronie internetowej www.dzp.us.edu.pl (SIWZ oraz załącznik 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

POWYŻSZE ZMIANY I WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

mgr Justyna Rutkowska- Zawada
Przewodniczący Komisji Przetargowej