

Katowice, dnia 22.11.2017r.

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**  
**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
ul. Bankowa 12,40-007 Katowice  
tel. (032) 359 19 24, fax. (0-32) 359 20 48  
L.dz. DZP.381.124.2017.DW

### Wyjaśnienia treści SIWZ

---

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 209.000 euro, pn. „Dostawa mikroskopu skaningowego z detektorem EDS”, Nr spr. DZP.381.124.2017.DW**

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy: **Dotyczy załącznika 2 pkt. 15.** Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w stolik o pochyłe od- 10 st do 90 st?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie badania próbek. Jednocześnie dostarczając pozostałe parametry przewyższające wymagania specyfikacji, zapewniając pełne zmotoryzowanie ruchów w całym zakresie ( X-125mm, Y-125mm, Z-50mm, pochył od -10st do 90st, obrót 360st).

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza ( nie wymaga) proponowane rozwiązanie „stolik o pochyłe -10 do 90 stopni”, pod warunkiem, że jest to pochył eucentryczny dla optymalnej analitycznej odległości stolika (10 mm).

***Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.***

Z- ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej  
mgr Justyna Rutkowska- Zawada

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
mgr Kalina Rożek