

UNIwersytet Śląski  
ul. Bankowa 12,  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347  
Tel. 32 359 13 80  
Fax: 32 359 20 48

## ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ

### Uczestniczy postępowania nr RU/DW/181/11

---

dotyczy: postępowania nr RU/DW/181/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na : „DOSTAWĘ URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH”

---

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

**Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:**

**Pytanie 1 Wykonawcy:**

dotyczy części „E”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby pojemność urządzenia wynosiła 4 kolby Erlenmeyera 6 l zamiast 6, zakładając, że inne parametry urządzenia będą spełnione?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę, aby pojemność urządzenia wynosiła 4 kolby Erlenmeyera 6 l zamiast 6, zakładając, że inne parametry urządzenia będą spełnione.**

<p>Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.</p>
---

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Kalina Rożek:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Katarzyna Poprawa