



Katowice, dnia 19.11.2015r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
ul. Bankowa 12,40-006 Katowice  
tel. (032) 359 19 24, fax. (0-32) 359 20 48

L.dz. DZP.381.156.2015.DW

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207.000 € pn. „Dostawa aparatu mierzącego powierzchnię i porowatość”, Nr spr. DZP.381.156.2015.DW.

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie Wykonawcy:** „W pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający opisał ten przedmiot jako dysponujący *możliwością pomiaru rozkładu porowatości* próbki.

Z kolei w pkt. 2 i 12 tegoż opisu Zamawiający wymaga, żeby przedmiot Zamówienia dokonywał m.in. **pomiaru porowatości** ciał stałych i proszków

**Pytanie:** Czy podane opisy należy rozumieć tak, że przedmiot zamówienia ma dokonywać min. **pomiaru porowatości** ciał stałych i proszków, oraz ma posiadać *możliwość pomiaru rozkładu porowatości* próbki po jego ewentualnej rozbudowie o taką opcję? Czy też Zamawiający rozumie inaczej te zapisy?

**Odpowiedź Zamawiającego:** W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że zamawiane urządzenie musi dokonywać pomiaru porowatości materiału z możliwością rozbudowy o funkcję pomiaru dystrybucji porów.

**Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Z- ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej  
mgr Damian Ludwikowski

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
mgr Kalina Rożek