



Katowice, dnia 25.08.2016r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Bankowa 12,40-006 Katowice
tel. (032) 359 19 24, fax. (0-32) 359 20 48
L.dz. DZP.381.92.2016.DW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209.000 € pn. „Dostawa dydaktycznego mikroskopu skaningowego”, Nr spr. DZP.381.92.2016.DW

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie Wykonawcy:** Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ - „opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 14 wymaga zintegrowanej z mikroskopem, wysokorozdzielczej kolorowej kamery CCD z możliwością powiększeń do co najmniej 120 razy. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zintegrowaną z mikroskopem, wysokorozdzielczą kolorową kamerę CCD z możliwością powiększeń do 16 razy?

Uzasadnienie: Oferowana przez nas kamera gwarantuje równie skuteczną oraz ergonomiczną nawigację próbki jak w przypadku kamery wyspecyfikowanej w SIWZ. Ponadto przy zastosowaniu dodatkowego powiększenia cyfrowego (12x) kamera oferowana przez nas umożliwi otrzymanie sumarycznego powiększenia 192x.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kamerę wysokorozdzielczą z możliwością powiększeń do 16x,

2. **Pytanie Wykonawcy:** Zamawiający w II rozdziale SIWZ w punkcie 1 (Przedmiot zamówienia) podpunkcie oraz w załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) w §1, punkcie 4, podpunkcie 1 wymaga aby oferowane urządzenie było fabrycznie nowe. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dydaktyczny mikroskop skaningowy podemonstracyjny, ale wyprodukowany w 2016?

Uzasadnienie: Oferowany przez nas mikroskop wykorzystany został podczas jednej demonstracji i przed wysłaniem do klienta zostanie poddany przeglądowi fabrycznemu. Zatem jego stan techniczny jest równoważny fabrycznie nowemu mikroskopowi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dydaktyczny mikroskop skaningowy podemonstracyjny rok produkcji 2016.

Z- ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
mgr Damian Ludwikowski

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Kalina Rożek