

**Uniwersytet Śląski**  
ul. Bankowa 12  
40-007 Katowice  
NIP 634-019-71-34  
REGON 000001347

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**  
**Uczestnicy postępowania nr DZP.381.151.2012.DW**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (poniżej 200 000 €) pn. „**Dostawa wag laboratoryjnych**” nr rej.: **DZP.381.151.2012.DW**

---

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły do *Zamawiającego*, *Zamawiający* udziela następujących wyjaśnień:

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Część A

Prosimy o wyjaśnienie co *Zamawiający* miał na myśli w punkcie 18 Specyfikacji w załączniku nr 2.2-1 do SIWZ: „Pakiet funkcji dodatkowych”??

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pod pojęciem "pakiet funkcji dodatkowych" *Zamawiający* rozumie: liczenie sztuk, ważenie procentowe, kalibracja pipet, wyznaczanie gęstości, statystyki, ważenie kontrolne, brutto/netto/tara, sumowanie, punkt maksymalny

**2. Pytanie Wykonawcy:**

Część B

Czy *Zamawiający* wymaga wagi z legalizacją?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Waga nie wymaga legalizacji.

**3. Pytanie Wykonawcy:**

Część B

Czy *Zamawiający* dopuści wagę o następujących parametrach:

- Obciążenie maksymalne 1600g i zakres tary-1600g?
- Wartość działki legalizacyjnej 0,5g?
- Wartość działki elementarnej 0,5g?
- Czas ważenia ok 1s?

- Zasilanie 230V 50Hz AC oraz akumulatorowe (akumulator kwasowo-ołowiowy lub 4baterie typu C (LR14)?
- Wymiary : 250x240x70mm?
- Wymiary szalki:230x174 mm?
- Waga netto:1,5kg?
- Powtarzalność :0,5 g?
- Liniowość:  $\pm 0,5$  g?
- Bez funkcji doważania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- Zamawiający dopuszcza wagę o parametrach: Obciążenie maksymalne 1600g i zakres tary-1600g.
- Zamawiający nie dopuszcza wagi o parametrach: Wartość działki legalizacyjnej 0,5g.
- Zamawiający nie dopuszcza wagi o parametrach : Wartość działki elementarnej 0,5g.
- Zamawiający dopuszcza wagę o parametrach: Czas ważenia ok 1s.
- Zamawiający dopuści wagę o parametrach: Zasilanie 230V 50Hz AC oraz akumulatorowe (akumulator kwasowo-ołowiowy lub 4baterie typu C (LR14).
- Zamawiający dopuści wagę o parametrach: Wymiary : 250x240x70mm.
- Zamawiający dopuści wagę o parametrach: Wymiary szalki:230x174 mm.
- Zamawiający dopuści wagę o parametrach: Waga netto:1,5kg.
- Zamawiający nie dopuszcza wagi o parametrach: Powtarzalność :0,5 g.
- Zamawiający nie dopuszcza wagi o parametrach: Liniowość:  $\pm 0,5$  g.
- Zamawiający nie dopuszcza wagi bez funkcji doważania.

II. Wyjaśnienia *Zamawiającego* są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
mgr Kalina Rożek