



Katowice, dnia 26.01.2018r.

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice
tel. (032) 359 19 24,
fax. (0-32) 359 20 48
L.dz. DZP.381.142.2017.DW

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr spr. DZP.381.142.2017.DW

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy: W świetle przyjętych zmian do siwz z dnia 26.01.2018r. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i potwierdzenie, że nowo dodany zapis, punkt 22 o treści „wymagana pojemność zmieniaacza próbek dla fiolek 20ml- od 200 do 400 prób” pokazuje MINIMALNY zakres i dopuszcza zaoferowanie zmieniaacza na 408 prób. Być może jest to oczywiste, ale zadajemy to pytanie dla uzyskania pewności.

Odpowiedź Zamawiającego: Oczywiście chodzi o minimalny zakres. To jest zmieniaacz prób, im więcej tym lepiej.

- II. Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

mgr Justyna Rutkowska- Zawada
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Kalina Rożek
Przewodniczący Komisji Przetargowej