



Katowice, dnia 25.08.2017r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12,
40-006 Katowice
tel. (032) 359 19 24,
fax. (0-32) 359 20 48
L.dz. DZP.381.078.2014.DW

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 209.000,00 euro pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, Nr spr. DZP.381.78.2016.DW

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Wytrząsarka z platformą na 14 kolb Erlenmayera: Czy Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o ruchu orbitalnym o amplitudzie wytrząsania 16 mm i zakresie 30-300 obr/min. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

Wytrząsarka z platformą na 14 kolb Erlenmayera: Czy Zamawiający dopuszcza klasę ochronności IP 31 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Wykonawcy nr 3: Wytrząsarka z platformą na 14 kolb Erlenmayera: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 360 x 420 x 375 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Wykonawcy nr 4: Wytrząsarka z platformą na 14 kolb Erlenmayera: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie przystosowane do pracy w zakresie temperatur: + 4 do 40 stopni ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Wykonawcy nr 5: Mieszadło magnetyczne z grzaniem: Czy Zamawiający dopuszcza zakres prędkości mieszadła wynoszący : od 100 do 200 obr/min ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Wykonawcy nr 6: Mieszadło magnetyczne z grzaniem: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy 700 W ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Wykonawcy nr 7: Mieszadło magnetyczne z grzaniem: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość mieszania dużych objętości cieczy wynoszących max. 15 litrów ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z- ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
mgr Damian Ludwikowski

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Kalina Rożek

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 13 34, 32 359 20 48
e-mail: dzp@us.edu.pl | www.us.edu.pl