

Katowice, dnia 07.08.2018r.

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**  
**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Bankowa 12,  
40-007 Katowice  
tel. (032) 359 19 24,  
fax. (0-32) 359 20 48  
L.dz. DZP.381.072.2018.DW

---

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

---

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” nr spr. DZP.381.072.2018.DW.**

---

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie Wykonawcy nr 1: dotyczy części A: dostawa chłodziarko- zamrażarki laboratoryjnej**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o zakresie temperatury zamrażarki od -18 °C do -25 °C, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający zgodnie z SIWZ, wymaga chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej o zakresie temperatury zamrażarki od -18 °C do -25 °C.

Jednocześnie Zamawiający koryguje treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie, w którym przedmiotowy parametr jest podany bez wartości ujemnych.

2. **Pytanie Wykonawcy nr 2: dotyczy wzór umowy § 7 ust. 2 pkt 3).**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „z tytułu odstąpienia od umowy (...) – w wysokości 10% wartości umowy”.

**Odpowiedź Zamawiającego:** na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia **§ 7 ust. 2 pkt 3)** wzoru umowy w następujący sposób:

„z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności określonych w § 8 ust. 1 lub §5 ust. 16 pkt 2) lub rozwiązania umowy na podstawie §8 ust. 3 pkt 2) – w wysokości 15 % wartości umowy ( w danej części)”

- II. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
- III. Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
- IV. Przedmiotowa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

*mgr Damian Ludwikowski*  
*Członek Komisji Przetargowej*

*mgr Kalina Rożek*  
*Przewodniczący Komisji Przetargowej*