



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

Katowice dn. 13 lutego 2012 r.

Uniwersytet Śląski  
ul. Bankowa 12  
40-007 Katowice  
NIP 634-019-71-34  
REGON 000001347

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

#### Uczestnicy postępowania nr RU/DW/169/11

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 200 000 € na: **dostawę mebli laboratoryjnych.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, jaki wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania stosownej umowy, z uwagi na fakt iż tyle trwa czas wyprodukowania i dostarczenia do Polski ceramiki laboratoryjnej służącej do wykładania blatów ceramicznych, laboratoryjnych, które są opisane w SIWZ?
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie we wszystkich elementach wyposażenia w meble laboratoryjne, innych zawiasów niż opisane w SIWZ, o kącie rozwarcia min 94°?
3. Proszę o doprecyzowanie, czy w pozycji 4 załącznika nr 2B do SIWZ Zamawiający pisząc: „Stół laboratoryjny bez kontenerów. Wyposażony w kółka, regulację wysokość.” ma na myśli zaoferowanie stołu laboratoryjnego z kółkami o wysokości łącznej 900 mm?
4. Proszę o doprecyzowanie, czy w pozycji 5 załącznika nr 2B do SIWZ Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch szafek o szerokości 600 mm (co daje nam łącznie 1200 mm) zamiast jednej szafki o szerokości 1100 mm, gdyż według zaleceń normy PN-EN 13150 moduły stelaży stołów laboratoryjnych mają standardowy wymiar 1200 mm (wielokrotność 300 mm) i zaoferowanie szafki o szerokości 1100 mm spowodowałoby przerwy w zestawach wyspowych, co wyglądałoby nieestetycznie?
5. Proszę o doprecyzowanie, czy w pozycji 5 załącznika nr 2B do SIWZ Zamawiający dopuści zaoferowanie zlewu z ceramiki monolitycznej, a nie z polipropylenu, jak jest w SIWZ (zwracamy uwagę, że zlew z ceramiki ma wyższą odporność na wysokie temperatury, barwniki i zadrapanie)?
6. Czy w pozycji 5 załącznika nr 2B Zamawiający dopuści zaoferowanie szerokości stołu wyspowego 1350 mm, a nie jak w SIWZ 1500 mm ?



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

7. Czy w pozycji 10 załącznika nr 2B p. pkt. b) Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch stelaży wzmocnionych 660 mm i 1260 mm, o łącznej dłg. 1920 mm, z uwagi na fakt iż produkcja tak długich stelaży niesie za sobą ryzyko dużego ugięcia elementów poprzecznych stelaża?
8. Proszę o doprecyzowanie, czy w pozycji 12 załącznika nr 2B wymiary stelaża A-kształtnego powinny pokrywać się z wymiarami płyty do stołu roboczego, tj. 1560x750x860 mm ?
9. Czy w pozycji 14 załącznika nr 2B Zamawiający dopuści zaoferowanie szafki 600 wiszącej, laminowanej, pełnej, lewej o wymiarach zewnętrznych: 600x300x600 mm, oraz czy oferowana szafka powinna wisieć na tzw. nadstawkach, czyli dodatkowych, stalowych elementach (wspornikach) pozwalających odciążyć ścianę z obciążenia przenoszonego na nią bezpośrednio przez szafkę?
10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie frontów szaf i szafek laboratoryjnych z krawędziami cięcia płyt korpusu, półek i szuflad zabezpieczonymi doklejką z PCV (a nie postforming) o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, w kolorze korpusu, we wszystkich elementach wyposażenia, w których jest o tym mowa?
11. Proszę o precyzyjne określenie pozycji 21 załącznika nr 2B, czyli dokładne sprecyzowanie czy oferowane szafy laboratoryjne mają być przeszklone, czy też nie, czy może tylko jedna z części oferowanych szaf powinna być przeszklona, np. górna?
12. Czy w poz. 22 zał. 2B Zamawiający dopuści zaoferowanie szafy laboratoryjnej o głębokości 560 mm, a nie jak w SIWZ 590 mm, natomiast pozostałe wymiary pozostają bez zmian?
13. Czy w poz. 23 zał. 2B Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu laboratoryjnego przyściennego z blatem, o wymiarach 1260x750x900 mm (a nie 1200x600x900 mm), gdyż w stole tym mają dodatkowo znajdować się media, jak zlewik i woda, gazy, czy gniazda wtykowe, a szerokość i głębokość opisana w SIWZ 1200x600 mm uniemożliwia zamontowanie tych zestawów?
14. Czy w poz. 23 zał. 2B Zamawiający dopuści zaoferowanie szafek podblatowych bez wykładki od wewnątrz z PP ?
15. Czy w poz. 24 zał. 2B Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu laboratoryjnego przyściennego z blatem, o wymiarach 1920x750x900 mm (a nie 1800x600x900 mm), gdyż w stole tym mają dodatkowo znajdować się media, jak zlewik i woda, gazy, czy gniazda wtykowe, a szerokość i głębokość opisana w SIWZ 1800x600 mm uniemożliwia zamontowanie tych zestawów?
16. Czy w poz. 24 zał. 2B Zamawiający dopuści zaoferowanie szafek podblatowych bez wykładki od wewnątrz z PP ?
17. Proszę o doprecyzowanie, czy w poz. 25 zał. 2B nie zaistniała pomyłka, oraz czy Zamawiający nie wymaga zaoferowania dwóch stelaży C-kształtnych, z czego jeden o wym. 900x750x860 mm i drugi 1200x750x860 mm, zgodnie z wymiarami wymaganej płyty do stołu roboczego, tj. 2100x750 mm ?
18. Czy w pozycji 27 załącznika nr 2B Zamawiający dopuści zaoferowanie szafki 600 wiszącej, laminowanej, pełnej, prawej o wymiarach zewnętrznych: 600x300x600 mm, oraz czy oferowana szafka powinna wisieć na tzw. nadstawkach, czyli dodatkowych, stalowych elementach (wspornikach) pozwalających odciążyć ścianę z obciążenia przenoszonego na nią bezpośrednio przez szafkę?
19. Czy w poz. 44 zał. 2B Zamawiający dopuści zaoferowanie blatu z żywicy fenolowej typu TRESPA lub równoważnej, który ma zdecydowanie wyższe parametry odpornościowe od opisanych w SIWZ blatów z płyty laminowanej?
20. Czy Zamawiający wymaga dołączenie do oferty dokumentu, wystawionego przez Producenta mebli laboratoryjnych, potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on Producentem?
21. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że miernik sprawności wentylacji wbudowany w konstrukcje oferowanych szaf na chemikalia jest zgodny z wymogami normy EN 14175-2:2003 nie dotyczy urządzenia mieszczącego się pod pozycją 28

„Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”

Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa XIII, Działanie 13.1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

- załącznika nr 2B, gdyż urządzenie to nie wymaga wpięcia do systemu instalacji wyciągowej obiektu, stąd czy Zamawiający odejdzie od wymogu oświadczenia potwierdzającego te wymagania?
22. Czy oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wbudowany w szafy na chemikalia, 60-godzinny timer przypominający o sprawdzeniu filtrów jest wykonany zgodnie z wymogami normy NF X 15-211:2009 dotyczy jedynie szafy na chemikalia z poz. 28 zał. 2B, gdyż to urządzenie nie wymaga podłączenia do istniejącego systemu wentylacji wyciągowej, gdyż posiada własne filtry wewnętrzne?
23. Czy celem potwierdzenia przez Wykonawcę, że w oferowanych stołach laboratoryjnych – stalowe osłony, panele instalacyjne w pionowych kolumnach przystawek, szafki metalowe są wykonane z blachy stalowej, malowanej farbami proszkowymi-epoksydowymi, o grubości min. 1 mm, sklasyfikowanej co najmniej jako prawie niezapalne – klasy A2 wg normy EN 13501-1:2007 lub równoważnej, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu wystawionego przez niezależnie akredytowane Laboratorium?

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

- Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.
- Ad. 2** Zamawiający dopuści zastosowanie zawiasów o innych kątach rozwarcia, jednak nie mniejszych niż 90°.
- Ad. 3** Tak.
- Ad. 4** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.
- Ad. 5** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.
- Ad. 6** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.
- Ad. 7** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.
- Ad. 8** Tak (dla bocznych stron na długość).
- Ad. 9** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie. Tak, oferowana szafka powinna wisieć na nadstawkach, czyli dodatkowych, stalowych elementach (wspornikach) pozwalających odciążyć ścianę z obciążenia przenoszonego na nią bezpośrednio przez szafkę.
- Ad. 10** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.
- Ad. 11** Może być przeszklona jedynie górna część szaf laboratoryjnych.
- Ad. 12** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.
- Ad. 13** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.
- Ad. 14** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.
- Ad. 15** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.
- Ad. 16** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.
- Ad. 17** Według Zamawiającego pytanie Wykonawcy dotyczy pozycji nr 26 opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 2B i w ramach ww. pozycji nie doszło do żadnej omyłki. Parametry wskazane w ramach powyższej pozycji pozostają bez zmian.



---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

- Ad. 18** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie. Tak, oferowana szafka powinna wisieć na nadstawkach, czyli dodatkowych, stalowych elementach (wspornikach) pozwalających odciążyć ścianę z obciążenia przeniesionego na nią bezpośrednio przez szafkę.
- Ad. 19** Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.
- Ad. 20** Nie, Zamawiający nie wymaga takiego dokumentu. Zgodnie z treścią formularza oferty oraz wzoru umowy – załączników do SIWZ - dostarczenia, rozładunku i montażu mebli laboratoryjnych powinien dokonać autoryzowany serwis producenta mebli. Wykonawca powinien również zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie gwarancyjnym.
- Ad. 21** Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wymienionego w rozdz. IV ust. 4 pkt 28 potwierdzającego, że miernik sprawności wentylacji wbudowany w konstrukcje oferowanych szaf na chemikalia jest zgodny z wymogami normy EN 14175-2:2003 lub równoważnej.
- Ad. 22** Oświadczenie potwierdzające, że wbudowany w szafy na chemikalia 60-godzinny timer przypominający o sprawdzeniu filtrów jest wykonany zgodnie z wymogami normy NF X 15-211:2009 dotyczy szafy na chemikalia z poz. nr 28 zał. 2B do SIWZ. Oświadczenie dotyczy 60-godzinnego timera przypominającego o sprawdzeniu filtrów, a nie podłączenia szafy do zewnętrznej wentylacji, ponieważ ta szafa nie będzie podłączona do zewnętrznej wentylacji.
- Ad. 23** Zamawiający nie wymaga złożenia w tym zakresie certyfikatu wystawionego przez niezależnie akredytowane laboratorium.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 Ustawy zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

W załączniku nr 2B do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia części szczegółowej, w pozycji nr 21 – wymiary szaf laboratoryjnych laminowanych zostały omyłkowo oznaczone na 100x550x200 mm.

Prawidłowe wymiary ww. szaf powinny wynosić: **1000x550x200 mm**.

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy w związku z art. 38 ust. 1 Ustawy (zgodnie z którym Zamawiający w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ udziela wyjaśnień treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy) dokonuje zmiany treści SIWZ w podany poniżej sposób oraz przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o sprostowaniu.

**I. Rozdział VI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 pok. 69 III p., w terminie **do dnia 22.02.2012 r. do godz. 11:30**.





---

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

---

**II. Rozdział VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.02.2012 r.** o godz. **12:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12 pok. 61 III p.

**III. Rozdział VI ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

2. Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia **21.04.2012 r.** włącznie.

**IV. Rozdział I ust. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Nazwa i adres Wykonawcy

**PRZETARG NIEOGRANICZONY - RU/DW/169/11**

**„Dostawa mebli laboratoryjnych”**

**Nie otwierać przed 22.02.2012 r. godz. 12:00**

Samodzielny Referent

mgr Łukasz Motyka

Przewodniczący Komisji Przetargowej