



Katowice, dnia 04.10.2018r.

**UNIwersYTET ŚLĄSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice
tel. (032) 359 19 24,
fax. (0-32) 359 20 48
L.dz. DZP.381.102.2018.DW

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro, pn. „Dostawa inkubatora z wytrąsaniem nr spr. DZP.381.102.2018.DW.

- I. **Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji temperatury od +25°C do +80°C i zakres kontroli temperatury od +10°C powyżej temp. otoczenia do +80°C, jakimi charakteryzuje się np. model ES-20/60 firmy BIOSAN ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza zakres regulacji temperatury od +25°C do +80°C i zakres kontroli temperatury od +10°C powyżej temp. otoczenia do +80°C.

- II. Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

*mgr Justyna Rutkowska- Zawada
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Kalina Rożek
Przewodniczący Komisji Przetargowej*