



Katowice, dnia 26.02.2019r.

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**  
**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
ul. Bankowa 12,  
40-007 Katowice  
tel. (032) 359 19 24,  
L.dz. DZP.381.011.2019.DW

### Wyjaśnienia treści SIWZ/ Zmiana treści SIWZ

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro, pn. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” nr spr. DZP.381.011.2019.DW.

---

**I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

1. **Pytanie Wykonawcy:** Dotyczy § 3 ust. 3 zdanie 2 Wzoru Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 3 ust. 3 zdanie 2 Wzoru Umowy na następującą: „Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim”.

Uzasadnienie: Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia instrukcji obsługi w języku angielskim.

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.*

2. **Pytanie Wykonawcy:** Dotyczy § 5 ust. 10 Wzoru Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie zastrzeżonego w § 5 ust. 10 Wzoru Umowy terminu na usunięcie wad lub wymianę przedmiotu umowy do 14 dni?

Uzasadnienie: Prosimy o zastrzeżenie terminu, który da Wykonawcy możliwość wywiązania się ze zobowiązań zastrzeżonych w tym zapisie umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.*

*W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść wzoru umowy w § 5 ust. 10 w następujący sposób:*

„Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie **14 dni** od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad określonych w ust.11. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy był już wymieniony lub naprawiany przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady.”

Powyższa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

3. **Pytanie Wykonawcy:** Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 2) Wzoru Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanej w § 7 ust. 2 pkt 2) Wzoru Umowy kary umownej z tytułu dostarczenia urządzenia z wadą – do 5 % ceny brutto tego urządzenia?

Uzasadnienie: Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.*

4. **Pytanie Wykonawcy:** Czy Zamawiający dopuści miniwirówkę o długości 168mm, spełniającą pozostałe wymiary wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Tak, Zamawiający dopuści miniwirówkę o długości 168 mm.*

*W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia, w części E- miniwirówka, w zakresie wymaganego parametru długości, w następujący sposób: „wymiary: max 160 wys. x 160 szer. x 160- 168 długość mm.”*

Powyższa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

5. **Pytanie Wykonawcy:** Czy Zamawiający dopuści miniwirówkę wyposażoną w rotor na 8 probówek 1,5/2,0 ml? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Tak, Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) miniwirówkę wyposażoną w rotor na 8 probówek 1,5/2,0 ml.*

6. **Pytanie Wykonawcy:** Czy dopuszczają Państwo łaźnię ultradźwiękową bez opcji SWEEP i spełniającą pozostałe wymagania?

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Zamawiający nie dopuszcza łaźni ultradźwiękowej bez funkcji sweep.*

- II. Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

*mgr Justyna Rutkowska- Zawada*  
*Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Kalina Rożek*  
*Przewodniczący Komisji Przetargowej*