

Uniwersytet Śląski
w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
REGON 000001347

Katowice, dn. 05.12.2019

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych p.n. „Dostawa stanowiska do pracy laboratoryjnej” nr 123140 / 2019

W związku z otrzymanymi pytaniami do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: (szer.x głęb.x wys.) 950 x 645 x 660 mm?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych rozmiarów.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość uniesienia okna frontowego podczas pracy komory, na maksymalną wysokość 250 mm?

Otwarcie okna na wysokość 300 mm powoduje utratę laminarnego przepływu powietrza.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza możliwości uniesienia okna frontowego podczas pracy komory, na maksymalną wysokość 250 mm.

Z poważaniem
Agnieszka Szlesińska

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE
UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

