

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DZP.381.140.2012.DW

**ODPOWIEDZI NR 1  
NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

---

**dotyczy:** postępowania nr DZP.381.140.2012.DW prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę termocyklera gradientowego z blokiem 96 dolkowym.**

---

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

**Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:**

**Pytanie Wykonawcy:**

1. *Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania stosownej umowy?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

2. *Czy Zamawiający zgodzi się, aby maksymalny czas reakcji na zgłoszenie ewentualnej usterki oferowanego termocyklera wynosił nie mniej jak 72 godziny od momentu zgłoszenia?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

3. *Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termocyklera z zakresem programowania temperatury w przedziale od 4°C do 99,9°C?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

4. *Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termocyklera, w którym można programować gradient co najmniej od 30°C do 99,9°C?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

5. *Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia, które zapewni stabilność ustawionej temperatury w zakresie +/- 0,3°C?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga takiego urządzenia.

**Pytanie Wykonawcy:**

6. *Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia, którego prędkość podgrzewania/ chłodzenia wynosi maksymalnie 3,0°C/s?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Maksymalna szybkość grzania musi wynosić co najmniej 4°C/s.

**Pytanie Wykonawcy:**

*7. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z homogenicznością bloku wynoszącą +/- 0,4°C w 90°C?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dokładność ustalenia temperatury nie może być mniejsza niż ±0,5 °C przy zaprogramowanej temperaturze.

**Pytanie Wykonawcy:**

*8. Czy ręcznie regulowana, ogrzewana pokrywa powinna być wyposażona w system zabezpieczający przed zablokowaniem się podczas pracy?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie.

**Pytanie Wykonawcy:**

*9. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenia urządzenia wyposażonego w alfanumeryczną klawiaturę membranową, odporną na zalanie płynami?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie Wykonawcy:**

*10. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia, w którym protokół jest wyświetlany graficznie, a programowanie odbywa się za pomocą intuicyjnego menu?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**Pytanie Wykonawcy:**

*11. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia termocyklera, w którym rozpiętość gradientu wynosi 30°C?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rozpiętość zakresu gradientu termicznego co najmniej 25°C.

**Pytanie Wykonawcy:**

*12. Czy oferowane urządzenie nie powinno przekraczać wymiarów (szer.x gł.x wys.):30x40x30 cm i masy 10,5 kg?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza dowolne wymiary urządzenia.

**Pytanie Wykonawcy:**

*13. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu, wystawionego przez Producenta urządzenia (lub jego krajowy oddział), potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on Producentem?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty takiego dokumentu.

**Pytanie Wykonawcy:**

*14. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty folderu lub katalogu Producenta, ze zdjęciami, potwierdzającego parametry oferowanego urządzenia, oraz czy ten folder może być w języku angielskim?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga dołączenia folderów, zdjęć, katalogów.

**Pytanie Wykonawcy:**

*15. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności CE dla oferowanego urządzenia?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty takiego dokumentu.

**Pytanie Wykonawcy:**

16. „Czy Zamawiający w przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5 jakichkolwiek niewłaściwości, zgodzi się aby odbiór przedmiotu umowy nastąpił dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca mógł natomiast usunąć niewłaściwości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych. Prośba podyktowana jest faktem, iż usunięcie każdej z nieprawidłowości dotyczącej oferowanej aparatury równy jest terminowi dostawy. Dotyczy par. 3 pt 6 wzoru umowy.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

17. „Czy Zamawiający zgadza się aby termin rękojmi był równy terminowi gwarancji? Dot. par. 5 pt 2 wzoru umowy.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

18. „Czy zamawiający zgadza się aby wymiana urządzenia na wolne od wad w nastąpiła po 3-krotnej naprawie lub wykryciu wady tego samego elementu? Dot. par. 5 pt 9 wzoru umowy.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

19. „Czy Zamawiający w zapisie w par. 5p t 9 a mianowicie „...albo Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w ust. 5 albo po usunięciu wady urządzenie nadal wykazuje wady...” oraz „podpunkt 1.) Ewentualne żądanie wymiany urządzenia na no urządzenie o nie gorszych parametrach, wolne od wad... Ma na myśli tzw. wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy przekraczającej wymagany okres?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma na myśli urządzenia zastępczego.

**Pytanie Wykonawcy:**

20. „Czy Zamawiający w przypadku gdy wady sprzętu usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w ust. 5, albo po usunięciu wady sprzęt nadal wykazywał wady, bezpłatna wymiana sprzętu na sprzęt o nie gorszych parametrach, wolny od wad, nastąpiła w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia żądania? Dotyczy par. 5 pt 9 wzoru umowy.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

21. „Czy Zamawiający zgadza się aby maksymalny czas naprawy/usunięcia wad wynosił 21 dni roboczych a w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy do 28 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady lub usterki? Wykonawca posiada autoryzowany serwis na terenie Polski wymóg czasowy podyktowany jest jednak prawdopodobną potrzebą sprowadzenia aparatury lub jej części z zagranicy. Dot. par. 5 pt 5 wzoru umowy. .”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

22. „Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od kary umownej z powodu dostarczenia artykułu z wadą – w wysokości 10% ceny urządzenia – tylko z tytułu iż taka sytuacja zaistniała, bez pozwolenia Wykonawcy na ich usunięcie? Dotyczy par. 7 pt 2.2 wzoru umowy.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

23. „Czy Zamawiający z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodzi się na zmianę kary umownej w wysokości 25% ceny w danej części na krę umowną wynoszącą 10% ceny w danej części? Dotyczy par. 7 pt. 2.3 wzoru umowy.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Wykonawcy:**

24. „Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy niemiecki termocykler o parametrach spełniających wymagania SIWZ, a nawet przewyższających je w wielu punktach, w tym z 5 letnią gwarancją, maksymalną szybkością grzania 4,2°C, z zakresem temperatury od -5 do +99.9°C, co umożliwia zamrożenie próbek po reakcji, a nie tylko od 4 do 100°C, dokładnością ustalenia temperatury 0,01°C, a nie tylko 05°, z równomiernością rozkładu temperatury +/- 0,25°C w 55°C i +/- 0,40°C w 95°C, z maksymalną rozpiętością gradientu 40°C, a nie tylko 25°C, z ekranem dotykowym TFT ¼ VGA, 5,7’’, ale z portem RS232 i bez portu USB?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało co najmniej 1 port USB.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

*mgr Justyna Rutkowska- Zawada*